Dräger

Anesthesia-machine components




to the circle syste
zum Kreissystem
Flowmeter
Flow control valve
N_2O-Sperre
N_2O cut off valve
O_2-Verteilerleiste
O_2 Distributor
O_2-Bypass
Pressure reducer
40-60 bar (Temperaturabhängig)
O_2-Mangel-Signal
O_2 Difficiency signal
O_2
N_2O
1 kg N_2O 500 Liter gas

Dräger

SAUERSTOFFMANGELSIGNAL MIT
LACHGASSPERRE

OXYGEN DEFFICIENCY SIGNAL
WITH NITROUSE OXIDE CUT OFF VALVE



5332.200
05.92

Titus ohne ORC, ohne Air-Versorgung
without ORC, without Air-supply



Funktionsschema Titus

Pneumatic Diagramm Titus

Alle Versorgungsdrücke vorhanden

all pressures available